

CALIBRACIÓN DIMENSIONAL

IK4  TEKNIKER

Research Alliance

CALIBRACIÓN NIVEL ELECTRÓNICO

Rango medida: $\pm 0,4$ mm/m



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración en once puntos. 10 reiteraciones en cada punto.

Rango medida: $\pm 0,4$ mm/m

CMC

U= 0,003 mm/m

CMC= Capacidades de calibración y medición.

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.