

CALIBRACIÓN DIMENSIONAL

IK4  TEKNIKER

Research Alliance

CALIBRACIÓN PALPADORES (PAREJA CONO Y V)

Para micrómetros de roscas.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración del ángulo de cada uno de los contactos.

$U = 3' (\text{Ángulo}) (\alpha \leq 180^\circ)$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.