

## CALIBRACIÓN ALARGADERAS

Para micrómetros interiores 2 contactos.  
Hasta 1.000 mm



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CMC Alargaderas

**Extensiones  $L \leq 250$  mm**

$U = 1 \mu\text{m}$

**Extensiones  $250 \text{ mm} < L \leq 1.000$  mm**

$U = (1 + 0,002 \times L) \mu\text{m}$ : L en mm

También puedes calibrar tu micrómetro con sus alargaderas. Puedes consultar las opciones disponibles en su [ficha](#) correspondiente.

L= Longitud

CMC= Capacidades de calibración y medición.

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.