Tekniker
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

CALIBRACIÓN COMPARADORES SOBRE SOPORTES ESPECIALES

Verificadores rápidos de interiores y exteriores

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración en seis puntos

Resolución 0,001 mm y 0,002 mm 10 reiteraciones en cada punto
Resolución 0,005 mm y 0,01 mm 10 reiteraciones en un punto y una en el resto

CMC

Rango ⩽ 250 mm
E ⩽ 2 µm U = E
E > 2 µm U = 0,6 · E

E= Resolución del equipo
CMC= Capacidades de calibración y medición.
U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

info@clickindustrial.es
Fundación Tekniker
Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar, Gipuzkoa