Tekniker
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

# CALIBRACIÓN OCULAR GRADUADO

## Hasta 50 mm y resolución ≥ 0,1 mm

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración en siete puntos.

**CMC**
U= 0,6E

E= División de Escala
CMC= Capacidades de calibración y medición.
U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.



**info@clickindustrial.es**
Fundación Tekniker
Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar, Gipuzkoa