Tekniker
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

CALIBRACIÓN PALPADOR ELECTRÓNICO

Hasta 100 mm y resolución ≥ 0,1 µm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Palpadores rectos y de palanca.

Calibración en 11 puntos 10 reiteraciones en cada punto.

CMC

L ⩽ 10 mm, U= 0,1 µm
10 mm < L ⩽ 10 mm, U= 0,2 µm
50 mm < L ⩽ 100 mm, U= 0,3 µm

CMC= Capacidades de calibración y medición.
U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

info@clickindustrial.es
Fundación Tekniker
Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar, Gipuzkoa