

CALIBRACIÓN PALPADORES (PAREJA CONO Y V)

Para micrómetros de roscas.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración del ángulo de cada uno de los contactos.

$$U = 3' (\text{Ángulo}) (\alpha \leq 180^\circ)$$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.