

CALIBRACIÓN TAMPONES ROSCA

De 1 a 200 mm



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración del diámetro entre flancos (diámetro medio) a dos alturas y dos diámetros a cada altura en el P y dos diámetros a una altura en el NP.

Roscas denominaciones M-W-UN-G

Diámetro nominal desde 1 a 200 mm.

Paso de 0,25 a 5 mm.

U= 2 μ m

Otras dimensiones o medidas, consultar.

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.